



YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 I 型

YALEPIC® Cervical Exfoliated Cell Storage Tube I

产品货号: YS21081

产品保存及运输条件: 常温运输; 4 ~ 37°C 保存。

产品概述

YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 I 型 内含 2 ml 宫颈细胞DNA保存液, 用于女性阴道、宫颈脱落细胞或分泌物DNA样本, 通常搭配宫颈拭子一起使用, 采集完样本后, 4 ~ 37°C 可稳定保存样本中的DNA长达两年, 可用来检测样本中是否存在HPV病毒。

产品组分

名称	规格
YALEPIC® 宫颈脱落细胞保存管 I 型	5 ml/支, 100 支/盒

适用范围

可用于宫颈癌筛查研究、HPV检测研究、人体脱落细胞的核酸保存等。

自备试剂/耗材/仪器

一次性手套和个人防护设备、窥阴器或阴道扩张器、无菌棉签拭子等。



注意事项

1. 产品使用前需检查包装密封完整性，包装破损或已过有效期的应禁止使用；
2. 本产品为一次性使用，使用后以医疗废弃物销毁处理；
3. 取样前 24 ~ 48 h 请勿同房或盆浴；取样前 3 天内不能进行阴道冲洗或阴道内用药；
4. 取样时如果出现出血或持续性疼痛，请立即停止操作，必要时前往医院进行处理；
5. 处于月经期、孕期、哺乳期的妇女、生殖道病变（损伤、手术、炎症、肿瘤）、宫颈刚做过手术（冷冻治疗、电烧、锥切、激光）女性避免使用；急性宫颈炎应先治疗，康复后再进行采样。

使用流程

1. 采用半坐卧姿势进行采样；
2. 利用窥阴器或阴道扩张器（自备），打开阴道暴露出宫颈；
3. 用无菌棉签拭子（自备）将外宫颈部位多余的分泌物擦去；
4. 打开宫颈刷采样拭子包装，手持刷柄，将宫颈刷取出；
5. 将刷头缓慢插入至宫颈口，以采样头最外层的刷毛能接触到外宫颈为最佳；
6. 顺时针旋转手柄 4~6 圈，停留 5 s。
7. 缓慢轻柔的取出宫颈刷，避免刷头接触外阴等部位造成交叉污染。
8. 打开保存管，将采样刷头沿折断点将宫颈刷头折入采样管内，弃去拭子杆；
9. 拧紧采样管盖，颠倒混匀 5 次，完成采样。

本产品仅供研究使用，请勿用于临床诊断。